

139·339·140系列 接管式内径千分尺 IMJ-MJ·IMJ

- 1个主尺与数个“内置量杆的接长管”组合，可以测量多种尺寸范围的内径尺寸。
- 需基点调整。
- 另需用于基点调整的基准规。
- 硬质合金测量面。
- IMJ-MJ是IP65(防水)防护等级的数显接长管式内径千分尺。在切削液的环境下也可以使用。



339-301 IMJ-1000MJ

规格


货号	型号	测量范围 (mm)	分辨力 (mm)	测微螺杆进给误差* (μm)	测微头行程 (mm)	接长杆数量	主尺 (mm)
339-301	IMJ-1000MJ	200 - 1000	0.001	3	25	5个(25、50、100、200、400 mm)	200 - 225
339-302	IMJ-2000MJ	200 - 2000				8个(25、50、100、200、200、400、400、400 mm)	

- 电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个标准附属品(用于数显显示)
 - 电池寿命: 通常使用情况下约为1.2年
 - 位置检出方式: 电磁感应式旋转编码器
- *: “测微螺杆进给误差”是指测微头规格范围内示值误差的最大值与最小值之差。



139-177 IMJ-2100

尺寸




规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	测微螺杆进给误差* (μm)	测微头行程 (mm)	接长杆数量	主尺 (mm)
139-173	IMJ-500	100 - 500	0.01	3	25	4个(25、50、100、200 mm)	100 - 125
139-174	IMJ-900	100 - 900				5个(25、50、100、200、400 mm)	
139-175	IMJ-1300	100 - 1300				6个(25、50、100、200、400、400 mm)	
139-176	IMJ-1700	100 - 1700				7个(25、50、100、200、400、400、400 mm)	
139-177	IMJ-2100	100 - 2100				8个(25、50、100、200、400、400、400、400 mm)	

- *: “测微螺杆进给误差”是指测微头规格范围内示值误差的最大值与最小值之差。

尺寸



规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	测微螺杆进给误差* (μm)	测微头行程 (mm)	接长杆数量	主尺 (mm)
140-157	IMJ-2000	1000 - 2000	0.01	6	50	5个(50、100、100、200、500 mm)	1000 - 1050
140-158	IMJ-3000	1000 - 3000				6个(50、100、100、200、500、1000 mm)	
140-159	IMJ-4000	1000 - 4000				7个(50、100、100、200、500、1000、1000 mm)	
140-160	IMJ-5000	1000 - 5000				8个(50、100、100、200、500、1000、1000、1000 mm)	

- *: “测微螺杆进给误差”是指测微头规格范围内示值误差的最大值与最小值之差。

■ 适用

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



对象品: IMJ-MJ

■ 测量事例



■ 功能(适用于IMJ-MJ)

- 置零
- 原点复位
- 数据保持
- 功能锁
- 自动电源开/关
- 2点预设
- 错误警示
- 数据输出

■ 选件

货号	型号	名称
05CZA662	B	连接线(1 m)
05CZA663	B	连接线(2 m)
06AFM380B	B	USB直连数据输入工具(2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T专用连接线(160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T专用连接线脚踏开关用

139系列 接管式内径千分尺主尺 IMJ-M

- 接管式内径千分尺(IMJ)用测微头。
- 需基点调整。
- 设置环规, 陶瓷内径千分尺检查规, 量块套装等基准规配备齐全, 可用于基点调整。
(详细信息参见C-43, C-22, E-15 - E-18页)。



139-001 IMJ-M

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	测微螺杆进给误差* (μm)	分度值 (mm)	测微头行程 (mm)
139-001	IMJ-M	100 - 125	3	0.01	25

*: “测微螺杆进给误差”是指测微头规格范围内示值误差的最大值与最小值之差。

尺寸

139-001 IMJ-M

单位: mm

